

重要产品召回通知

地高辛测定试剂盒（干化学免疫速率法）可能因血红蛋白干扰产生负偏倚结果

为便于我们填写记录，请于收到召回通知后 3 日内返回此表。

联系人：陈振宇 (Chen, Lisa <lisa.chen@quidelortho.com>)

联系电话：13062724370



第 I 部分- 确认

本人已收到并知晓关于《地高辛测定试剂盒（干化学免疫速率法）可能因血红蛋白干扰产生负偏倚结果》的产品召回通知，并将按照通知的要求执行。

第 II 部分- 确认

您的姓名： _____

机构名称： _____

*您的签名/日期： _____

电话： _____

***在此签名即表示您已确认收到本通知，并理解了本通知的内容。**