

重要产品召回通知

当全自动免疫分析仪 3600、全自动生化免疫分析仪 5600 和全自动生化免疫分析仪 XT 7600 上的全自动免疫检验系统用底物液 (SR) 试剂包过期时, 可能不会生成试剂过期 (RE) 结果代码

请在收到召回通知后 3 日内, 以电子邮件的形式返回填好的表格:

接收人: 查宝娟 电子邮箱: bella.zha@quidelortho.com



请确认

本人已收到并知晓关于《当全自动免疫分析仪 3600、全自动生化免疫分析仪 5600 和全自动生化免疫分析仪 XT 7600 上的全自动免疫检验系统用底物液 (SR) 试剂包过期时, 可能不会生成试剂过期 (RE) 结果代码》的召回通知, 并将按照通知的要求执行。

第一部分: (QuidelOrtho 员工代表使用)

医院名称:

被通知人姓名:

科室/职务:

通知方式: 拜访 (请直接填写第二部分); 电话 ; 传真 ; 邮件 ; 快递

*员工代表签名/日期:

*您的签字表示您客户已理解该召回通知的内容。

第二部分: (医生使用)

医院名称:

被通知人姓名:

科室/职务:

*签名/日期:

*您的签字表示您客户已理解该召回通知的内容。

备注: