

重要产品召回通知

C-反应蛋白测定试剂盒（干化学速率法）在检测高浓度 CRP 样本时可能产生负偏倚结果

为便于我们填写记录，请于收到召回通知后 3 日内返回此表。

联系人：陈振宇（Chen, Lisa <lisa.chen@quidelortho.com>）

联系电话：13062724370



第 I 部分- 确认

本人已收到并知晓关于《C-反应蛋白测定试剂盒（干化学速率法）在检测高浓度CRP样本时可能产生负偏倚结果》的产品召回通知，并将按照通知的要求执行。

第 II 部分- 确认

您的姓名：_____

机构名称：_____

*您的签名/日期：_____

电话：_____

***在此签名即表示您已确认收到本通知，并理解了本通知的内容。**